

中華民國 104 年傳染病及院內感染管制教育訓練課程考題

日期：104 年 03 月 07 日(星期六)
講題：移植相關的感染及預防性投藥、
超音波洗滌的原理與質量控制

服務機構：
職稱：
姓名：
(請正楷填寫以便確認，謝謝。)

(※注意：請直接將答案書寫在考卷上，本試卷共有 1 頁。)

- | 答案 | 題號 | 題目 |
|-----|----|--|
| (E) | 1 | 何種器官移植後的病患存活率最低？
(a) 屍腎移植 (b) 活體腎移植 (c) 心移植 (d) 肺移植 (e) 心肺移植 |
| (A) | 2 | 器官移植後 30 天內的感染多為何種感染？
(a) 院內感染 (b) PJP (c) CMV (d) Aspergillus (e) Toxoplasmosis |
| (B) | 3 | 移植後帶狀皰疹出現的機會多高？
(a) 1/2 (b) 1/3 (c) 1/4 (d) 1/5 (e) 1/6 |
| (C) | 4 | CMV 通常出現在移植後第幾天？
(a) 0-14 (b) 14-28 (c) 30-90 (d) 90-120 (e) >120 |
| (D) | 5 | PJP 通常出現在移植後第幾個月？
(a) 1-2 (b) 2-3 (c) 2-4 (c) 2-6 (d) 6-12 |
| (C) | 6 | 超音波洗滌機的聲波來自於何種結構？
(a) tank (b) generator (C) transducer (d) power (e) solution |
| (A) | 7 | 超音波洗滌機內加何物可幫助清潔？
(a) 清潔劑 (b) 酒精 (c) CHG (d) 氯(e) 二氧化碳 |
| (C) | 8 | 超音波洗滌機 degas 一次大約要多少時間？
(a) 30 min (b) 1 min (c) 2-5 min (d) 5-10 min (e) 10-15 min |
| (E) | 9 | 超音波洗滌機醫療使用上最佳操作溫度為攝氏幾度？
(a) 50 (b) 65 (c) 25 (d) 30 (e) 38 |
| (A) | 10 | 以超音波洗滌時物面上的何種物質可妨礙清潔效果？
(a) 氣泡 (b) 髒污 (c) 血漬 (d) 細菌 (e) 指紋 |